



## TECHNIEK

### EERSTE GEBRUIK

Als dit een nieuwe inhalator is of als u de inhalator gedurende twee weken of langer niet gebruikt hebt, moet u de inhalator voor gebruik eerst klaarmaken door vier dosissen op de volgende wijze in de lucht te verstuiven:



- 1 Schud de **K-Haler®** krachtig gedurende enkele seconden.



- 2 Houd de **K-Haler®** rechtop en breng het oranje kapje van het mondstuk zo ver mogelijk naar beneden.

- 3 Richt de opening van het mondstuk van u weg en sluit het oranje kapje zodat het vrijgekomen geneesmiddel in de lucht wordt verstoven.

- 4 Herhaal nog 3 keer de stappen 1 tot en met 3 om in totaal 4 dosissen te verstuiven.

- 5 De **K-Haler®** is nu klaar voor gebruik.

### AANBEVELINGEN

- ✓ Als dit een nieuw apparaat is of als het gedurende twee weken of langer niet gebruikt werd, verstuif dan eerst vier dosissen in de lucht (zie eerste gebruik).





- 1 Ga rechtop zitten.
- 2 Schud de **K-Haler®** krachtig gedurende enkele seconden.
- 3 Houd de **K-Haler®** rechtop en breng het oranje kapje van het mondstuk zo ver mogelijk naar beneden.
- 4 Adem rustig en volledig uit (**nooit uitademen in de inhalator**).
- 5 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 6 Buig het hoofd licht achterover.
- 7 Begin **langzaam en diep** in te ademen. De dosis wordt automatisch afgevuurd. Blijf daarna langzaam verder en volledig inademen.
- 8 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) en neem ondertussen de **K-Haler®** uit de mond.
- 9 Adem rustig uit door de mond (**nooit uitademen in de inhalator**).
- 10 Breng het oranje kapje van het mondstuk weer naar boven.
- 11 Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 2 tot en met 10.
- 12 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

## RECOMMANDATIONS

- ✓ Bewaar de dosisaerosol op een droge en koele plaats. Laat het toestel gedurende 30 minuten op kamertemperatuur opwarmen indien de inhalator werd blootgesteld aan vriesomstandigheden. Verstuif nadien 1 maal in de lucht (zie eerste gebruik).
- ✓ Als u uw **K-Haler®** laat vallen of het kapje meer dan 10 minuten open laat, verstuif 1 maal in de lucht (zie eerste gebruik).
- ✓ Adem nooit uit in de **K-Haler®**.
- ✓ De **K-Haler®** is leeg als er niets zichtbaar meer vrijkomt, maar u overschrijdt het aangegeven aantal dosissen beter niet.

